

河北省眼科医院准分子激光治疗系统维保项目采购需求

- 1、设备品牌及型号: SCHWIND AMARIS 1050RS
- 2、保修类别: 全保。
- 3、保修年限: 1 年。
- 4、响应时间: ≤ 2 小时 (工作日), 48 小时内到场。
- 5、开机率: 95%以上 (每年 365 天计算)。
- 6、维修维护服务: ≥ 4 次/年。
- 7、投标人具有经设备制造商培训的工程师, 提供有效的证明文件。
- 8、投标人所供维修备件是原厂备件, 提供有效的证明文件。
- 9、技术服务具备专业维修工具、仪器, 定期经由原厂或国家专业检测机构校准认证。
- 10、技术服务合法获得、使用有效的原厂密码文件以快速解决相应故障。
- 11、提供原厂研发部门和工厂的技术支持, 保证设备的各方面性能质量达到厂家的标准。
- 12、每年 2 次 PMMA 手术安全评估测试, 确保设备符合原厂技术参数。
- 13、提供 Credit file 服务, 无需每月申请, 时效最长可达一年。
- 14、提供标准的软件升级, 不含硬件, 确保设备的系统更新, 可使设备处于最优状态。
- 15、提供手术方案及疑难病例解决等相关的临床支持。
- 16、提供临床应用培训, 尤其在更换或增加新医护人员情况下。
- 17、按照产品技术手册的要求进行检查、检验、校准、保养、维护并予以记录, 及时进行分析、评估, 确保设备处于良好状态, 保障使用质量, 建立维修维护档案。
- 18、提供每年的详细服务报告, 主要包括以下内容:
 - 18.1、检查扫描器前激光光束是否居于中心。
 - 18.2、检查瞄准光是否处于激光光斑中心。
 - 18.3、检查激光光斑与瞄准光中心是否与显微镜十字中心重合。
 - 18.4、检查显微镜十字是否旋转偏移。
 - 18.5、检查定焦光中心是否与激光光斑中心重合。
 - 18.6、检查绿色固视灯功能。

18.7、检查微粒抽吸嘴是否居中并检测距离。

18.8、检查工作距离。

18.9、检查设备当前能量状态，检查设备气体及耗材使用状况。