附件 1：

实验手术显微镜采购需求

1　　复消色差镀膜镜头；
2　　目镜：≥10×广角；
3　　双目镜筒：≥30°固定双目镜筒；
4　　视度调节范围：≥+5D--8D；
5　　瞳距调节范围：≥50mm～76mm；
*6　变倍≥4×- 20×　电动连续变倍；
7　　视野：8mm　–　52.3mm；
8　　工作距离：f≥　200mm；
*9　　光源：LED，寿命≥5000 小时，照明强度：≥80,000 Lux；
10　　微调：±20mm 电动　脚控；
11　　无极调光；
*12　配眼科实验室专用配套桌子托盘及人脸头模；
*13　配备助手镜，放大倍数：4×、7×；
14　　主镜与助手镜同轴同光路；
15　　视频部分：
15.1 图像传感器：≥1/3 英寸 CMOS 传感器；
15.2 有效像素：≥200 万有效像素；
15.3 镜头座：C 型接口；
15.4 分光器支持 30:70 分光；
15.5 分辨率≥3840*2160；
15.6 支持 RGB 三色调节；
15.7 白平衡：自动/手动/自定义等多种平衡模式；
15.8 配≥27 寸　4K 超高清 HDMI 显示器。